

Załącznik nr 8 - Wymagania techniczne teleradiologia

1. Zleceniodawca udostępni łącze internetowe o przepustowości niezbędnej do przesyłania badań diagnostyki obrazowej.
2. W przypadku gdy łącze jest mniejsze niż 2Mbps strony przystępują do realizacji umowy po uprzednim przeprowadzeniu testów technicznych. Zleceniodawca oświadcza, że zapewnia możliwość nielimitowanej transmisji danych TCP/UDP/ICMP do określonych przez Zleceniobiorcę adresów IP,
3. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za skonfigurowanie szyfrowanego łącza VPN między siecią Zleceniobiorcy i siecią Zleceniodawcy.
4. Zleceniobiorca zapewni niezbędne zasoby i wiedzę po swojej stronie niezbędną do przeprowadzenia konfiguracji połączeń sieciowych, pełnej integracji z systemem radiologicznym Zleceniodawcy..
5. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury technicznej i systemów niezbędnych do wymiany informacji z systemem Zleceniobiorcy, a nie będących w zarządzaniu Zleceniobiorcy.
6. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za zarządzanie i ciągłość działania wszelkich komponentów teleinformatycznych, które dostarczył Zleceniodawcy w celu realizacji niniejszej Umowy.
7. Zleceniodawca oświadcza, że dane transmitowane będą w standardzie DICOM. Sposób podłączenia i pozostałe parametry techniczne zostaną ustalone w trakcie uruchamiania Umowy.
8. Zleceniodawca wyposaży pracownię w niezbędną infrastrukturę służącą do przesyłania badań obrazowych.
9. Połączenie pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą nawiązywane jest poprzez protokół TCP/IP na dany IP i port, a komunikacja przebiega zgodnie ze standardem HL7 oraz spełnia następujące wymagania:
 - 1) Potwierdzenie transportowe jest przesyłane natychmiast po odebraniu komunikatu, tym samym połączeniem.
 - 2) Potwierdzenie aplikacyjne nie jest wysyłane.
 - 3) Słownik rodzajów badań jest zsynchronizowany na etapie wdrożenia.
 - 4) Zleceniobiorca zapewnia możliwość pobierania e-skierowań z systemu P1 z podstawianiem danych do nagłówka wyniku oraz odsyłania e-wyników zgodnie ze standardem HL7CDA.
 - 5) Słownik lekarzy zlecających jest zsynchronizowany na etapie wdrożenia a następnie na bieżąco uzupełniany na podstawie danych przesłanych w komunikatach.
 - 6) Dokument wynikowy powinien być podpisany elektronicznie.

.....
ZLECENIOBIORCA