

Kętrzyn, dnia 14.01.2026 r.

**Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul. M.C. Skłodowskiej 2,
11-400 Kętrzyn**

**Dyrektor/
Strona internetowa/
Wykonawcy**

Nr sprawy: 03/PP/2026

Wyjaśnienia nr 1

W nawiązaniu do prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie postępowania pt. „**Dostawa papieru do KTG / EKG, elektrod do EKG i żelu do USG do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie**” **znak postępowania 03/PP/2026**, prowadzonego z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 170 000 tys. zł. Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści :

Pytanie nr 1:

Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Lifepak 107mm x 23m?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2:

Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści papier pakowany a'1 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3:

Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści papier kompatybilny, innego producenta?

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza papieru innego producenta, urządzenie jest na gwarancji.

Pytanie nr 4:

Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla dorosłych do badań holterowskich, na piance PE, żel stały, prostokątne w rozmiarze 42x56mm, z otworem i przecięciem jak poniżej:



Odpowiedź nr 4.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5:

Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla dorosłych do badań holterowskich, na piance PE, żel smokry, prostokątne w rozmiarze 42x56mm, z otworem i przecięciem jak poniżej:



Odpowiedź nr 5.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6:

Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający ma na myśli op=50szt?

Odpowiedź nr 6.

Tak, Zamawiający miał na myśli opakowanie – 50 szt.

Pytanie nr 7:

Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści papier EKG CARDIOVIT 114x150x75?

Odpowiedź nr 7.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

Pakiet 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 58x25?

Odpowiedź nr 8.

Zamawiający nie wyraża zgody.

.....
Z poważaniem