

Zamawiający:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul. M.C. Skłodowskiej 2
11-400 Kętrzyn

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” znak sprawy 11/TP/2022 r.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy pakiet 3 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go plastra z opatrunkiem centralnym o wymiarach 7 cm x 5cm. Opatrunek ten był dostarczany do Państwa placówki w ramach umowy przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2:

Dotyczy pakiet 3 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu włókninowo-celulozowego wysoko chłonnego jałowego o wymiarach 20 cm x 20cm. Produkt ten był dostarczany do Państwa placówki w ramach umowy przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3:

Dotyczy pakiet 3 poz. 11

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyceny opakowania plastrów do łączenia brzegów ran a 6 sztuk czy opakowania zawierającego 50 x 6 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje wycenę opakowania 50 x 6 szt.

Pytanie 4:

Dotyczy pakiet 12 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10cm x 12cm spełniającego pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5:

Dotyczy pakiet 12 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o gramaturze 30g/m2 w opakowaniach zawierających 80 x 2 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6:

Dotyczy 12 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej włókninowej o wymiarach 96 x 96 x 143cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7:

Pakiet Nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów o wadze jednego kompresu min. 2,04g

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8:

Pakiet Nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 9:

Pakiet Nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a' 100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10:

Pakiet Nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11:

Pakiet Nr 3, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12:

Pakiet Nr 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13:

Pakiet Nr 5, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną a' 1 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 14:

Pakiet Nr 5, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania wstępnego 3 minuty?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 15:

Pakiet Nr 5, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania wstępnego 5-6 minut?

Odpowiedź

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 16:

Pakiet Nr 5, pozycja 10-14

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową mierzoną w stanie swobodnym 10m, w stanie rozciągniętym 25 m?

Odpowiedź

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 17:

Pakiet Nr 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści rękaw podgipsowy bawełniany w rozmiarze 7 cm x 25m?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18:

Pakiet Nr 7, pozycja 1-5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniach serwet gazowych znajdował się wskaźnik sterylizacji.

Wskaźnik nie jest wymagany w zakresie wymogów zasadniczych dyrektywy 93/42 EWG załącznik 1, dotyczącej oznakowania wyrobów medycznych i stanowi informację dodatkową.

Na opakowaniu wyrobu jałowego musi być podana metoda sterylizacji oraz data przydatności do użytku.

Sterylizacja produktów, które chcemy zaoferować jest procesem podlegającym walidacji i każda seria jest poddawana badaniom na jałowość (SAL 10-6) co daje gwarancję przeprowadzenia prawidłowego procesu sterylizacji.

Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji posiada tylko jedna firma. Wprowadzony w SIWZ wymóg uniemożliwia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 7. Ust 1 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych) ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 19:

Pakiet Nr 7, pozycja 6-9

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniach kompresów gazowych znajdował się wskaźnik sterylizacji.

Wskaźnik nie jest wymagany w zakresie wymogów zasadniczych dyrektywy 93/42 EWG załącznik 1, dotyczącej oznakowania wyrobów medycznych i stanowi informację dodatkową.

Na opakowaniu wyrobu jałowego musi być podana metoda sterylizacji oraz data przydatności do użytku.

Sterylizacja produktów, które chcemy zaoferować jest procesem podlegającym walidacji i każda seria jest poddawana badaniom na jałowość (SAL 10-6) co daje gwarancję przeprowadzenia prawidłowego procesu sterylizacji.

Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji posiada tylko jedna firma. Wprowadzony w SIWZ wymóg uniemożliwia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 7. Ust 1 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych) ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 20:

Pakiet Nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetki pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:

Pakiet Nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'5szt lub a'2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

Pakiet Nr 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Pakiet Nr 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24:

Pakiet Nr 7, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści kompresy nieprzewiązywane?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

Pakiet Nr 7, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Pakiet Nr 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 27:

Pakiet Nr 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną bawełnianą w rozmiarze 96x96x130cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 28:

Pakiet Nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce z możliwością odrywania co 38cm?

Odpowiedź

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 29:

Pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady ochronne z możliwością odrywania co 38cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 30:**Pakiet nr 11, Poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga:

Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:

- a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach: 10 cm x 8 cm x 3 cm.
- b) dren z portem długości 69 cm
- c) 1 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm

Zestaw pakowany a' 1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 31:**Pakiet 11, Poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści:

Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:

- a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach:

15 cm x 12,5 cm x 3 cm

- b) dren z portem długości 69 cm

- c) 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm

Zestaw pakowany a' 1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 32:**Pakiet 11, Poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści:

Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:

- a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach:

25 cm x 15 cm x 3 cm

- b) dren z portem długości 69 cm

- c) 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm

Zestaw pakowany a' 1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 33:**Pakiet 11, Poz. 4:**

Czy Zamawiający wymaga:

Szczelny kanister, pasujący do posiadanych przez Szpital Pomp, o pojemności 300 ml z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. Przewód kanistra 168 cm.

Zestaw pakowany a' 1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości. Mikrobiologicznie czysty – Kanister nie musi być sterylizowany, ponieważ nie wchodzi w bezpośredni kontakt z pacjentem, a gdy jest w użyciu, jest podłączony bezpośrednio do niesterylizowanego systemu pomp. Kanistry są jednak produkowane w certyfikowanych czystych pomieszczeniach, aby zapewnić czystość urządzenia, stosowane są także liczne kontrolne produkcyjne w celu zminimalizowania ryzyka obciążenia biologicznego na gotowym urządzeniu, tj. operatorzy, którzy wytwarzają kanister, noszą specjalne ubrania do pomieszczeń czystych przestrzegają surowych zasad mycia rąk. Kanistry są zabezpieczone w zdejmowanej folii z tworzywa sztucznego, aby dodatkowo chronić pojemnik w magazynie. Ponadto jako część konstrukcji kanistra, zawiera on certyfikowany wysiękowy z rany z pojemnika i przechodzeniu przez system do rany.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 34:**Pakiet 11, Poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści:

Szczelny kanister, pasujący do posiadanych przez Szpital Pomp, o pojemności 750 ml z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. Przewód kanistra 168 cm.

Zestaw pakowany a' 1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości. Mikrobiologicznie czysty – Kanister nie musi być sterylizowany, ponieważ nie wchodzi w bezpośredni kontakt z pacjentem, a gdy jest w użyciu, jest podłączony bezpośrednio do niesterylizowanego systemu pomp. Kanistry są jednak produkowane w certyfikowanych czystych pomieszczeniach, aby zapewnić czystość urządzenia, stosowane są także liczne kontrolne produkcyjne w celu zminimalizowania ryzyka obciążenia biologicznego na gotowym urządzeniu, tj. operatorzy, którzy wytwarzają kanister, noszą specjalne ubrania do pomieszczeń czystych przestrzegają surowych zasad mycia rąk. Kanistry są zabezpieczone w zdejmowanej folii z tworzywa sztucznego, aby dodatkowo chronić pojemnik w magazynie. Ponadto jako część konstrukcji kanistra, zawiera on certyfikowany wysiękowy z rany z pojemnika i przechodzeniu przez system do rany.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 35:

Pakiet 11, Poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści podkładkę pasującą do posiadanych przez Szpital pomp – głowica aplikatora 15 cm x 10 cm pojedynczo pakowany dren typu Soft Port długość 69 cm., pakowany a' 1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 36:

Pakiet 11, Poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści łącznik Y, pasujący do posiadanych przez Szpital pomp, pakowany a' 1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości? Mikrobiologicznie czysty? Proponowane Złącze nie wchodzi w bezpośredni kontakt z raną. Serweta w dedykowanym zestawie jest sterylna, a folia stanowi barierę dla bakterii w przypadku kontaktu łącznika Y pacjentem.

Ryzyko obciążenia biologicznego urządzenia jest starannie kontrolowane podczas produkcji.

Proponowane złącze Y jest produkowane w certyfikowanym pomieszczeniu czystym, aby zapewnić czystość urządzenia, z odpowiednie kontrole są podejmowane w celu dalszego zminimalizowania ryzyka biologicznego podczas produkcji, np. poprzez noszenie specjalnej odzieży do pomieszczeń czystych i przestrzeganie zasad mycia rąk. Ponadto proponowane złącza Y są zapakowane w szczelne plastikowe torby, aby dodatkowo chronić komponent w magazynie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 37:

Pakiet 3:

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 38:

Pakiet 3:

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 39:

Pakiet 3:

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 40:

Pakiet 3:

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 41:

Pakiet 3:

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 42:

Pakiet 3:

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę za pełne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 43:

Dotyczy produktów zamówienia:

Pakiet 2, poz. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie przylepca o długości 5m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 44:

Dotyczy produktów zamówienia:

Pakiet 2, poz. 8: czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie opatrunków do mocowania kaniul wykonanego z folii z włókninowymi wzmocnieniami „skrzydełek”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 45:

Dotyczy zapisów umowy

§ 8 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostając przy zapisach SWZ.

Pytanie 46:

Dotyczy zapisów umowy

§ 11 ust. 4a: czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie jedynie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza

Pytanie 47:

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostając przy zapisach SWZ.

Pytanie 48:**Pakiet 1, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 49:**Pakiet 1**

Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową?

Odpowiedź

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 50:**Pakiet 1**

Czy zamawiający wymaga gazy pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 51:**Pakiet 1, poz. 1,3-4**

Czy zamawiający wydzieli poz.1,3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:**Pakiet 1, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści kompresy niejałowe 17 nitkowe 8 warstwę?

Odpowiedź

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 53:**Pakiet 1, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 1,005 g?

Odpowiedź

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 54:**Pakiet 2, poz. 4**

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55:**Pakiet 2, poz. 10-14**

Czy zamawiający wydzieli poz.10-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonal-ne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź

Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 2.

Pytanie 56:**Pakiet 2, poz. 10-14**

Czy zamawiający dopuści siatkę w stanie spoczynku 10 mb, w stanie rozciągnięty 25 mb?

Odpowiedź

Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 2.

Pytanie 57:**Pakiet 2, poz. 10-14**

Czy zamawiający dopuści wtcenę za opakowanie 25 mb w stanie rozciągnięty?

Odpowiedź

Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 2.

Pytanie 58:**Pakiet 2, poz. 10-14**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź

Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 2.

Pytanie 59:**Pakiet 12, poz. 1**

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonal-ne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60:**Pakiet nr 1 – Materiał opatrunkowy:**

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów klasy I reg. 4, o wadze jednego kompresu 1,98 g?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 61:

Pakiet nr 3 – Opatrunek z wkładem chłonnym:

Pozycja 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu w rozmiarze 15cm x 25cm lub 20cm x 20cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wymiary kompresu: 20cm x 20cm.

Pytanie 62:

Pakiet nr 5 – Opatrunki różne:

Pozycja 6 i 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o długości 5 metrów?

Pozycja 10-14 – czy Zamawiający oczekuje, aby w składzie elastycznej siatki opatrunkowej występowała bawełna?

Pozycja 15 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa podgipsowego wykonanego w 30% z bawełny i w 70% z wiskozy, o szerokości ok. 8cm i długości 15 metrów – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 63:

Pakiet nr 11 – Zestawy opatrunkowe do terapii ciśnieniowej:

Pozycja 1, 2 i 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych zgodnych z opisem Zamawiającego, ale posiadających w swoim składzie samoprzylepną podkładkę z portem o wysokości 7mm połączoną z dwuświatłowym elastycznym drenem wykonanym z materiału innego niż silikon?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Wojciech Glinka

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu