

Kętrzyn, dnia 19.04.2022r.

Zamawiający:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul. M.C. Skłodowskiej 2
11-400 Kętrzyn

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Dostawa artykułów anestezyjologicznych i respiracyjnych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” numer sprawy 12/TP/2022 r.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy pakietu nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 1 i 6 z pakietu 9? Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów i wybranie najkorzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający, nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Dotyczy pakietu nr 16:

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycji 1 dopuści system zamknięty do odsysania pacjentów, port MDI dla inhalatorów ciśnieniowych, o potwierdzonym przez producenta czasie stosowania do 72 godzin. Przeznaczony do stosowania u pacjentów zaintubowanych o długości 570 mm. Wyposażony w: skalowany cewnik zakończony atraumatycznie, zaokrąglona końcówka z otworem końcowym, z dwoma otworami po przeciwległych stronach; termoplastyczny, miękki i wytrzymały cewnik; kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” z zastawką jednokierunkową zapobiegającą przypadkowej aspiracji; suwak zaworu sterującego ssaniem z obrotową blokadą przypadkowego użycia, pozwalający na precyzyjne odsysanie; w zestawie: łącznik obrotowy, łącznik „martwa przestrzeń”, klin do rozłączenia układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim. Zestaw sterylne. Rozmiary: 14, 16 CH.

Odpowiedź:

Zamawiający, dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 3:

Dotyczy pakietu nr 16:

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycji 2 dopuści system zamknięty do odsysania pacjentów, port MDI dla inhalatorów ciśnieniowych, o potwierdzonym przez producenta czasie stosowania do 72 godzin.

Przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią o długości 300 mm. Wyposażony w: skalowany cewnik zakończony atraumatycznie, zaokrąglona końcówka z otworem końcowym, z dwoma otworami po przeciwległych stronach; termoplastyczny, miękki i wytrzymały cewnik; kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T”, z zastawką jednokierunkową zapobiegającą przypadkowej aspiracji; suwak zaworu sterującego ssaniem z obrotową blokadą przypadkowego użycia, pozwalający na precyzyjne odsysanie; w zestawie: łącznik obrotowy, łącznik „martwa przestrzeń”,

klin do rozłączenia układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim. Rozmiary: 14, 16 CH. Sterylne.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 4:

Pakiet 6

Prosimy o wydzielenie poz. 4 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- prosimy o dopuszczenie przedziału wagowego <3kg i >30 kg
- prosimy o dopuszczenie kalibracji cyfrowej rozumianej jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100%

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

- prosimy o odstąpienie od wymogu "min. 6 sztuk krążków przedłużających czas użycia czujnika w tym samym opakowaniu jednostkowym" ponieważ parametr ten spełnia tylko jeden wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16, poz. 1 dopuści równoważny system

System zamknięty do odsysania pacjentów, o standardowej długości 580mm, Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 bocznymi otworami. Mocny rękaw zabezpieczający cewnik, pozostałe parametry zgodnie z swz ?

Odpowiedź:

Zamawiający, dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16, poz. 2 dopuści równoważny system o standardowej długości 305mm . Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 bocznymi otworami. Mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. Pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź:

Zamawiający, dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 7:

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 cm H2O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe?

Nadmieniamy, że obwody typu rura w rurze, ze względu na swoją konstrukcję, nie powodują kondensacji wewnątrz obwodu. Ponadto utrzymują ciepło ciała pacjenta przez długi czas (co jest szczególnie ważne przy długich operacjach). Świeża mieszanka oddechowa, przepływając przez przewód wewnętrzny, ulega ogrzaniu przez gazy wydechowe przepływające przewodem zewnętrznym, dzięki czemu powietrze wydychane przez pacjenta ogrzewa w naturalny sposób powietrze wdychane. System ten pozwala na dostarczenie pacjentowi mieszaniny gazów wdechowych o komfortowej temperaturze oraz nie powoduje nadmiernego zbierania się wody wewnątrz układu. Obwody współosiowe charakteryzują się większą skutecznością wymiany ciepła w stosunku do układów jednorurowych z dzieloną membraną (pole powierzchni czynnej wymiany ciepła jest znacznie większe).

Odpowiedź:

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
Tel/fax: 89 751 25 02/ 89 751 37 97
e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 8:

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, dodatkowa rura do worka o długości 1.8m z workiem 2 l bez lateksowym, wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe? Nadmieniamy, że obwody typu rura w rurze, ze względu na swoją konstrukcję, nie powodują kondensacji wewnątrz obwodu. Ponadto utrzymują ciepło ciała pacjenta przez długi czas (co jest szczególnie ważne przy długich operacjach). Świeża mieszanka oddechowa, przepływając przez przewód wewnętrzny, ulega ogrzaniu przez gazy wydechowe przepływające przewodem zewnętrznym, dzięki czemu powietrze wydychane przez pacjenta ogrzewa w naturalny sposób powietrze wdychane. System ten pozwala na dostarczenie pacjentowi mieszaniny gazów wdechowych o komfortowej temperaturze oraz nie powoduje nadmiernego zbierania się wody wewnątrz układu. Obwody współosiowe charakteryzują się większą skutecznością wymiany ciepła w stosunku do układów jednorurowych z dzieloną membraną (pole powierzchni czynnej wymiany ciepła jest znacznie większe).

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 9:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 1a wskazał: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: a) za każdy dzień zwłoki w dostawie Produktów w stosunku do terminu określonego w Umowie – karę umowną w wysokości 2,5 % wartości brutto niedostarczonych w terminie Produktów (wartości zamówienia), W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 2,5 % za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 2,5 % za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust. 1a wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 1,5% wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Pakiet 1 - pozycja 3-10

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową zgodnie z poniższymi rozmiarami

- Rurka ustno – gardłowa wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV oraz ftalanów
- Charakterystyczne anatomiczne wygięcie rurki pozwala na udrożnienie górnych dróg oddechowych i swobodny przepływ gazów anestetycznych, powietrza
- Polipropylenowy (PP) bloker zgryzu, zabezpiecza przez zamknięciem światła rurki
- Rozmiary kodowane kolorami
- Numeryczne oznaczenie rozmiaru na rurce
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia



ROZMIAR I KOD			
NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR
RG-40	000	40 mm	różowy
RG-50	00	50 mm	ciemnoniebieski
RG-60	0	60 mm	czarny
RG-70	1	70 mm	biały
RG-80	2	80 mm	zielony
RG-90	3	90 mm	żółty
RG-100	4	100 mm	czerwony
RG-110	5	110 mm	niebieski
RG-120	6	120 mm	pomarańczowy

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 11:

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji zgodnie z poniższymi parametrami:

- Wykonany z nietoksycznych materiałów
- Dren o długości 210 cm, odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), wytwarzający cząsteczki o średniej wielkości MMAD = 3,91 µm przy przepływie 6 l/min.
- W zestawie nebulizator, dren, złączka typu T, ustnik, zastawka jednokierunkowa oraz rurka karbowana
- Uniwersalny łącznik T o średnicy 22M/15F - 22F umożliwia podłączenie zestawu do:
 - rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej
 - obwodu oddechowego
 i wykonanie nebulizacji u pacjenta wentylowanego mechanicznie
- Uniwersalny (odłączalny) ustnik umożliwia wykonanie nebulizacji u pacjenta oddychającego samodzielnie
- Silikonowa zastawka jednokierunkowa (odłączalna) redukuje straty leku podczas nebulizacji
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
 Tel/fax: 89 751 25 02/ 89 751 37 97
 e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

Pytanie 12:

Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe standardowe, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13:

Pakiet nr 2, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z nebulizatorem 8 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 14:

Pakiet 7 poz.1

Prosimy o dopuszczenie

Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H₂O i wydechowy 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15:

Pakiet 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje dźwiękowego alarmu bezpieczeństwa pojemnika uruchamianego przez ciśnieniową zastawkę spustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi), co zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 16:

Pakiet 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie.

Pytanie 17:

Pakiet nr 1, pozycja 3-10

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel w rozmiarach:

- 00/5cm
- 0/6cm
- 1/7cm
- 2/8cm
- 3/9cm
- 4/10cm
- 5/11cm
- 6/12cm?

Odpowiedź:

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

Tel/fax: 89 751 25 02/ 89 751 37 97

e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ

Pytanie 18:

Pakiet nr 1, pozycja 3-10

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel w rozmiarach:

- 000/4cm
- 00/5cm
- 0/6cm
- 1/7cm
- 2/8cm
- 3/9cm
- 4/10cm
- 5/11cm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 19:

Pakiet nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści łącznik T ze złączami 22F i 19F?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 20:

Pakiet nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie 21:

Pakiet nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty pasek do mocowania rurki tracheotomijnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie 22:

Pakiet nr 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną silikonową z otwartym mankietem, bez potrzeby jego nadmuchiwanie (zdjęcie poglądowe poniżej)?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie 23:

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 24:

Pakiet nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy SWZ i OPZ.

Pytanie 25:

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 26:

Pakiet nr 3, pozycja 4

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

Tel/fax: 89 751 25 02/ 89 751 37 97

e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 27:

Pakiet nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 28:

Pakiet nr 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 183cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 29:

Pakiet nr 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pakowany w opakowanie papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 30:

Pakiet nr 7 pozycja 2

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

Tel/fax: 89 751 25 02/ 89 751 37 97

e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 1,8m i dodatkową rurą o długości do 1,2m?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 31:

Pakiet nr 7 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy, w którym worek i konektor są połączone ze sobą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 32:

Pakiet nr 7 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pakowany w opakowanie papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 33:

Pakiet nr 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści linie próbkującą o średnicy wewnętrznej 2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 34:

Pakiet nr 12 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plastikową łyżkę do laryngoskopu Miller w rozmiarach 0, 1, 2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 35:

Pakiet nr 12 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści metalową łyżkę do laryngoskopu Miller w rozmiarach 00 i 0?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 36:

Pakiet nr 15 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o podstawie wykonanej z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 37:

Pakiet nr 15 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dreny o średnicy 24-25Ch?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 38:

Pakiet nr 16 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

Tel/fax: 89 751 25 02/ 89 751 37 97

e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobno-ustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: Ch12, 14, 16 o dł. 30 cm – dla rurek intubacyjnych
Ch12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek tracheotomijnych

Tak jak dotychczas dostarczany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 39:

Pakiet nr 16 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobno-ustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary: Ch 12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych
Ch 12, 14, 16 o dł. 33 cm – dla rurek tracheostomijnych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 40:

Pakiet nr 17 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci z zaworem ciśnieniowym 40 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający w pak 4 poz 1,2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta bez wymiennego worka zgodnie z opisem: ZESTAW DO DRENAŻU OPŁUCNEJ -sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika -płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętki w zakresie od 10 do 45 cm H₂O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o aktywnej sile ssania -wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 2500ml -automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego -monitor przecieku powietrza od 1 do 7 -port bezigłowy w komorze kolekccyjnej do pobierania próbek przystosowany do zawieszenia na łóżku -zestaw sterylny jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 42:

Pakiet nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę pediatryczną do podawania tlenu w jednym uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 43:

Pakiet nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem 8ml dla dzieci, w jednym uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga maski tlenowej z nebulizatorem 8 ml dla dzieci ale rozmiar pozostaje zgodny z OPZ.

Pytanie 44:

Pakiet nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem 12ml dla dorosłych, w jednym uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 45:

Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę do podawania tlenu z rezerwuarem i drenem 2m dla dzieci, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 46:

Pakiet nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę do podawania tlenu z rezerwuarem i drenem 2m dla dorosłych, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 47:

Pakiet nr 2 poz. 9

Czy zamawiający wydzieli maski tracheostomijne do osobnego pakietu co pozwoli większej ilości wykonawców na złożenie konkurencyjnej oferty i uzyskanie lepszych warunków cenowych dla zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 48:

Pakiet nr 2 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną silikonową wielorazowego użytku rozmiar 3/4; 5, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 49:

Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy, o skuteczności przeciw bakteryjnej > 99,9999%, przeciw wirusowej > 99,999%, o objętości wewnętrznej (ściśliwej) 55ml, oporach przepływu 2,14cm H₂O przy 60l/min, wydajności nawilżania 37mg/l H₂O przy VT =500ml, z przeznaczeniem od objętości oddechowej VT 150-1500 ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 50:

Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymienniki ciepła i wilgoci do tracheostomii, o wydajności nawilżania 28,8 mg/l H₂O przy VT 500ml, objętość wewnętrznej (przestrzeni martwej) 15ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

Tel/fax: 89 751 25 02/ 89 751 37 97

e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 51:

Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy dla dzieci, skuteczność przeciw bakteryjna 99,9999%, przeciw wirusowa 99,999%, objętość wewnętrzna 30ml, oporach przepływu 2,4 cm H₂O przy 30l/min, wydajności nawilżania 33,6mg/l przy VT=250ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 52:

Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z hydrofobową warstwą filtrującą, z portem kano luer-lock ze szczelnie wkręconym koreczkiem, o skuteczności filtracji bakteryjnej > 99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej > 99,999%, o wydajności nawilżania 37 mg/l H₂O przy V_t=500ml, objętości oddechowej V_t 150-1500ml, oporach przepływu przy 30l/min 0,82cm H₂O, objętości wewnętrznej (ściśliwej) 55ml, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 53:

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku sterylną, z delikatnym, pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi mankietem, z ciśnieniem uszczelnienia na poziomie 40 cm H₂O, wykonaną z PVC bez ftalanów (w tym DEHP, BPA) oraz lateksu, maskę o wyprofilowaniu anatomicznym około 70-90 stopni krzywizny rurki oddechowej, ze zintegrowanym usztywnieniem zapobiegającym przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki, ze zintegrowanym kanałem gastrycznym, umożliwiającym wprowadzenie sondy żołądkowej, koniuszkiem mankieta o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni oraz podwijaniem się w trakcie zakładania, maskę wyposażoną w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, maksymalny rozmiary sond: 6Fr(dla rozmiaru maski 1), 8Fr(dla rozmiaru maski 1,5), 10Fr(dla rozmiarów maski 2 i 2,5), 16Fr(dla rozmiarów maski 3-6), ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej, światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej oraz endoskopu, na rurce oddechowej maski krtaniowej znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankieta umieszczone na baloniku kontrolnym, opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej, maska w rozmiarach: 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6 i zakresach wagowych odpowiednio:<5kg; 5-10kg; 10,20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg; >100kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 54:

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o gładkiej powierzchni o średnicy

22mm, długości 180 cm, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, nie zawierający szkodliwych ftalanów, produkt czysty mikrobiologicznie, opakowanie foliowe bez ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 55:

Czy Zamawiający odstąpi od parametrów: „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min , opór wdechowy max 0,14 cm H₂O i wydechowym max 0,16 cm H₂O przy przepływie 10l/min.” są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w warunkach laboratoryjnych i przepływ 4l/min jest przepływem typowo noworodkowym, a układ jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od w/w parametrów.

Pytanie 56:

Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, złącza rur z materiału EVA, rozciągliwy w zakresie od 0,5m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,3 m do 0,9 m, bezlateksowy worek 2l, konektor rury 22M/22M, zestaw: rura worka, worek i konektor nie połączone, układ mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy SWZ i OPZ.

Pytanie 57:

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje linii próbkującej gaz wykonaną z materiału PCV (polichlorek winylu), o średnicy zewnętrznej 2,8mm, grubości ścianki 0,8mm, bez lateksowej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 58:

Pakiet 17 poz. 1

Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych - wykonany z SEBS o pojemności 1547ml w zestawie z rezerwuarem tlenu 2600 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,15 m, maską twarzową 5, zaworem ciśnieniowym 40cmH₂O. Wymiary (Długość x średnica) 295mm x 127 mm. Bez lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 59:

Pakiet 17 poz. 2

Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dzieci - wykonany z SEBS o pojemności 683 ml w zestawie z rezerwuarem tlenu 2600 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,15 m, maską twarzową dla dzieci, zaworem ciśnieniowym 40cmH₂O. Wymiary (Długość x średnica) 234 mm x 99 mm. Bez lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 60:

Pakiet 17 poz. 3

Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla niemowląt - wykonany z SEBS o pojemności 234 ml w zestawie z rezerwuarem tlenu 300 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,15

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

Tel/fax: 89 751 25 02/ 89 751 37 97

e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

m, maską twarzową dla niemowląt, zaworem ciśnieniowym 40cmH₂O. Wymiary (Długość x średnica) 168 mm x 71 mm. Bez lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 61:

Pakiet 17 poz. 1 i 2

Czy zamawiający wymaga aby resuscytatory wyposażone były w złącze pacjenta podwójnie obrotowe (po stronie maski i po stronie worka) oraz zintegrowany trwale z workiem uchwyt na dłoń ? Rozwiązanie takie znacznie poprawia pewność uchwytu i możliwości manewrowe podczas resuscytacji znacznie zmniejszając obciążenie dla użytkownika a tym samym poprawiając bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

.....*Wojciech Glinka*.....

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu