

Kętrzyn, dnia 01.08.2022 r.

Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul. M.C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 25 02, fax 89 751 37 97
REGON 510929362, NIP 742-18-36-030
KSIĘGA REJESTROWA 000000015349
Szpital Powiatowy w Kętrzynie 01

**Strona internetowa/
Wykonawcy**

Nr sprawy: 23/PP/2022

Wyjaśnienia nr 1

W nawiązaniu do prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie postępowania pt. „**Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie**” – **dodatkowy, znak postępowania 23/PP/2022**, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i **przedłuża termin składania ofert do dnia 03.08.2022 r. do godziny 10:00.**

Pytanie nr 1:

Dotyczy Pakietu nr 3: Obłożenia sterylne

Z uwagi na różnorodność produktów w Pakiecie nr 4 prosimy o wydzielenie poz. 4 do osobnego pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Dodatkowo chcielibyśmy nadmienić, iż zamawiający ma możliwość wydzielenia pozycji do osobnego Pakietu, gdyż nie jest to postępowanie powyżej progu unijnego oraz nie spełnia przesłanek do zastosowania art 25 ustęp 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz 2019).

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Pakietu nr 3: Obłożenia sterylne

Pozycja 4 - Prosimy o odstąpienie od wymogu numeru LOT na każdym ostrzu, w przypadku gdy informacja ta znajduje się na etykiecie opakowania zbiorczego, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający wymaga zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Formularz asortymenowo-cenowym.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Pakietu nr 3: Obłożenia sterylne

Pozycja 4 - Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych o wysokości strzyżenia 0,3 mm.

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający wymaga zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Formularz asortymenowo-cenowym.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Pakietu nr 3: Obłożenia sterylne

Pozycja 4 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności (wymóg dyrektywy MDR 2017/745) ?

Odpowiedź nr 4.

Zamawiający oczekuje aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności.

Pytanie nr 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie **w pakiecie nr 5:**

Zestaw serwet jałowych uniwersalnych o składzie:

- 1 x serweta z przylepcem 150 x 240cm - serweta górna, wykonana z dwuwarstwowej, bilaminowanej włókniny. Przylepiec o długości 100 cm umieszczony na boku długości 230cm.
- 1 x serweta z przylepcem 150 x 200cm - serweta dolna, wykonana z dwuwarstwowej, bilaminowanej włókniny. Przylepiec o długości 100cm umieszczony na boku o długości 150cm.
- 2 x serweta z przylepcem 75 x 90cm - serweta boczna, z organizerami kabli, wykonana bilaminowanej z włókniny. Przylepiec o długości 90 cm pasek umieszczony na boku długości 90 cm.
- 4 x ręcznik chłonny 40 x 40cm
- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm
- 1 x serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm
- 1 x osłona wzmocniona na stolik Mayo 80 x 145cm.

Odpowiedź nr 5.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji:

Fartuch WZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS ze wzmocnieniami, pełno barierowy zgodny z EN13795, gramatura min. 35 g/ m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha (do dolnej krawędzi) i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min. 40g/m², szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, zapewniające pełną barierowość. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, u góry zapięcie na rzep. Fartuch pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40 cm, zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm. Nie posiada nadruku (norma i poziom wymagań); posiada oznaczenie rozmiaru w postaci wszywk. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe typu TAG do archiwizacji danych. Rozmiary M; L; XL; XXL; XXXL.

Odpowiedź nr 6.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7:

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji:


Zestaw serwet uniwersalnych – sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych.

„PACJENT JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY”

ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

tel. (0-89) 751 25 02, faks (0-89) 751 37 97, e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

Krajowy Rejestr Sądowy 499, Księga Rejestrowa 000000015349, NIP 742-183-60-30, REGON 510929362



Skład zestawu:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta przylepna 150x240cm,
- 1 serweta przylepna 170x180cm,
- 2 serwety przylepne 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 140 x 190 cm ze wzmocnieniem.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów 200 cm H₂O odpornego na rozerwanie na mokro/sucho 170/180 kPa, niepyłącego - współczynnik pylenia 1,7 log10. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę dostawcy oraz dodatkowo kod kreskowy (EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo: 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź nr 7.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytania do wzoru Istotnych postanowień umowy

Pytanie nr 8:

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

- 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a);
- 0,5% wartości części towaru niezgodnego z zamówieniem w lit. b);
- 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. c);
- 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. d) oraz ust. 2 i 3.

Odpowiedź nr 8.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 5 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z orzecznictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).

Odpowiedź nr 9.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź nr 10.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź nr 11.

Zamawiający wyraża zgodę, wprowadza zapis „Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków Umową przewidzianych”.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Zapisów Zaproszenia (pkt VI.1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w postaci plików .pdf z kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź nr 11.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Pakietu nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Fartuch WZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMMMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795-1:2019, gramatura min. 35 g/ m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze 50g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, u góry zapięcie na rzep. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk (rodzaj i rozmiar). Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Rozmiary M; L; XL; XXL

Odpowiedź nr 13.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 14:

Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przyklepne 75 x 90 cm

1 serweta przyklepna 180 x 180 cm


1 serweta przyklepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne na całej powierzchni wykonane laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m². Materiał zgodny z wymaganiami EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 165cmH₂O; odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, niepyłącego -współczynnik pylenia ≤ 1,9 log10. Serwety złożone w sposób ułatwiający aplikację, z nieprzyklepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 3cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795-1:2019 pakowany sterylne w opakowanie Tyvec-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w dyspenser kartonowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy ISO 13485.

Odpowiedź nr 14.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Wojciech Glinka
.....
Z poważaniem



„PACJENT JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY”

ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

tel. (0-89) 751 25 02, fax: (0-89) 751 37 97, e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

Krajowy Rejestr Sądowy 499, Księga Rejestrowa 000000015349, NIP 742-183-60-30, REGON 510929362.
