

Kętrzyn, dnia 30.08.2023 r.

Zamawiający:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Ul. M.C Skłodowskiej 2
11-400 Kętrzyn

Strona internetowa

Znak sprawy: 26/PP/2023

Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania

W nawiązaniu do prowadzonego przez SPZOZ Szpitala Powiatowy w Kętrzynie postępowania **pn.:** „**Dostawa papieru do KTG/EKG, elektrod do EKG i żelu do USG do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie**” **znak: 26/PP/2023** prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Pozycja nr 5

Prosimy o doprecyzowanie wymaganego papieru Lifepak. Czy Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru do Lifepak 11/12 o wymiarach 107mmx22m czy też do Lifepak 9 o wymiarach 50mmx30m.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga oryginalnego papieru do Lifepak 15 o wymiarach 107mm x 22 mm.

Pytanie nr 2:

Pozycja nr 6

Prosimy o dopuszczenie elektrod EKG żelowanych jednorazowego użytku dla dorosłych, op. – 50 szt., o rozmiarze 44 x 30 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Pozycja nr 9

Prosimy o dopuszczenie elektrod EKG do badań Holtera w rozmiarze 55mmx 40 mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Poz. 2 i 4 – czy Zamawiający dopuści w tych pozycjach papier kompatybilny ? Papiery oryginalne Mitsubishi nie są aktualnie wyrobami medycznymi ze stawka VAT 23%. Papiery kompatybilne posiadają deklaracje zgodności, są papierami medycznymi ze stawka VAT 8%.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach Zapytania.

Pytanie 5:

Poz. 5 – brak rozmiaru papieru ?

Czy Zamawiający wymaga papieru 50 x 26 czy 107 x 23 ? oraz czy Zamawiający dopuści papier kompatybilny o takich samych parametrach, jak papier oryginalny ?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1:

„Zamawiający informuje, iż wymaga oryginalnego papieru do Lifepak 15 o wymiarach 107mm x 22 mm.”

Pytanie 6:

Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o rozmiarze 44 x 61 mm z żelazem stałym ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Poz. 10 – brak rozmiaru papieru. Niestety nie wszyscy oferenci oferują papiery w składankach o takiej samej ilości stron. W celu umożliwienia dokonania porównania podajemy rozmiar papieru, który jest standardem zalecanym przez producenta 114 x 150 x 64.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w pozycji nr 10 wymaga papieru zalecanego przez producenta o wymiarach 114 x150 x64.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część Zapytania.

.....
(Kierownik Zamawiającego)