

Kętrzyn, dnia 19.10.2023 r.

Zamawiający:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Ul. M.C Skłodowskiej 2
11-400 Kętrzyn

Strona internetowa

Znak sprawy: 30/PP/2023

Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania

W nawiązaniu do prowadzonego przez SPZOZ Szpitala Powiatowy w Kętrzynie postępowania **pn.:**
„Dostawa opakowań i środków do kontroli procesu sterylizacji do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”
znak: 30/PP/2023 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Pakietu 9, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści testy bez warstwy samoprzylepnej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach Zapytania.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź 2:

Zamawiający pozostaje przy zapisach Zapytania.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź 3:

Zamawiający pozostaje przy zapisach Zapytania.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar:

-§ 7 1. a) za każdy dzień zwłoki w dostawie Produktów w stosunku do terminu określonego w Umowie – karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonych w terminie Produktów (wartości zamówienia)?

-§ 7 1. b) karę umowną za zrealizowania dostawy Produktów niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym, w wysokości 2% wartości brutto danej dostawy?

-§ 7 1. c) za każdy dzień zwłoki w wymianie wadliwych Produktów, których wadliwość została stwierdzona przy odbiorze na Produkty wolne od wad w stosunku do terminu określonego w Umowie – karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto wadliwych Produktów?

-§ 7 1. d) karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania przedmiotu Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego zapłaci Zamawiającemu.

Uzasadnione jest, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Pytanie nr 5:

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o szerokości 400mm?

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo foliowych o szerokości 75mmx30mmx100m?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo foliowych o szerokości 400mmx80mmx100m?

Odpowiedź 6:

Zamawiający pozostaje przy zapisach Zapytania.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papierowo foliowych w rozmiarze 14x28cm?

Odpowiedź 7:

Zamawiający pozostaje przy zapisach Zapytania.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź 8:

Zamawiający pozostaje przy zapisach Zapytania.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowane w innych ilościach niż podane przez Zamawiającego, z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem odpowiednich ilości.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru sterylizacyjnego, gdzie wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania wynosi 0,53kN/m, a zawartość chlorków wynosi 0,028% spełniającego jednocześnie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź 9:

Zamawiający pozostaje przy zapisach Zapytania.

Pytanie nr 10:

Dotyczy Pakietu nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny pakowanej w innych ilościach niż podane przez Zamawiającego, z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź 10:

Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem odpowiednich ilości.

Pytanie nr 11:

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Odpowiedź 11:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 12:

Pakiet 10 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maty bez środka bakteriobójczego?

Odpowiedź 12:

Zamawiający pozostaje przy zapisach Zapytania.

Pytanie nr 13:

Pakiet 10 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maty o wymiarach 45x115cm?

Odpowiedź 13:

Zamawiający pozostaje przy zapisach Zapytania.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część Zapytania.

.....
(Kierownik Zamawiającego)