

Kętrzyn, dnia 21.10.2024 r.

Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul. M.C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 25 02, fax 89 751 37 97
REGON 510929362, NIP 742-18-36-030
KSIĘGA REJESTROWA 000000015349
Szpital Powiatowy w Kętrzynie 01

**Dyrektor/
Strona internetowa/
Wykonawcy**

Nr sprawy: 31/PP/2024

Wyjaśnienia nr 1

W nawiązaniu do prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie postępowania pt. „Dostawa opakowań i testów do kontroli procesu sterylizacji do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” – dodatkowy, nr postępowania 31/PP/2024 r., prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Pakietu 9, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści testy bez warstwy samoprzylepnej?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje przy testach: cyt. „ Test procesu dezynfekcji termicznej 90 C°/5min, samoprzylepny”.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Pakietu 9, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający, dopuszcza nie wymaga.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Szpital Powiatowy w Kętrzynie
lek. med. Grzegorz Drzadzga

.....
Z poważaniem