

Kętrzyn, dnia 10.09.2026 r.

Zamawiający:
Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul. M.C. Skłodowskiej 2
11-400 Kętrzyn

**Dyrektor/
Strona internetowa/
Wykonawcy**

Wyjaśnienia nr 1

Dotyczy: „Dostawa artykułów anestezjologicznych i respiracyjnych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” – dodatkowy, znak sprawy 31/PP/2026,

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 z pozycji 1 dopuści (stosowane przez Zamawiającego) prowadnice intubacyjne:

- 2,0/ 25,5 cm – do rurek o średnicy 2,5 – 4,5 mm; spełniające pozostałe wymagania SWZ
 - 5,0 / 36,5 cm – do rurek o średnicy 8,5 do 11 mm; spełniające pozostałe wymagania SWZ;
- oraz prowadnice w pozostałych rozmiarach – zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2.

Zapytanie do projektu umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umownego zawartego w § 7 ust. 1 w następujący sposób:

- a) za każdy dzień zwłoki w wymianie wadliwych Produktów, których wadliwość została stwierdzona przy odbiorze na Produkty wolne od wad w stosunku do terminu określonego w Umowie – karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danej dostawy obliczonej według wartości zamówienia,
- b) karę umowną za zrealizowanie dostawy Produktów niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym - w wysokości 1% wartości brutto danej dostawy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje przy zapisach umownych.

Pytanie nr 3.

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o oporności przepływu 1,1hPa przy 30 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 4.

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 43ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 5.

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o filtracji bakteryjnej 99,999%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 6.

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności nawilżania: 3 lmg przy Vt500?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 7.

Pakiet nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 9ml
- Waga: 8,9g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 26mg przy Vt500
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.



Pytanie nr 8.

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o oporności przepływu 2,0hPa przy 30 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 9.

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-300ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 10.

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 22g?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 11.

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 16ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 12.

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%?


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 13.

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bez lateksu, posiadającą łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankieta oznaczone na tubusie maski. Dostępne rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5; i zakresach wagowych odpowiednio <5kg; 5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; >70kg. Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski. Maska sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim?



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 14.

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy z pionową membraną, wykonany z PP+EVA bez PCV o długości 183cm, z dodatkową gałęzią 40 cm i workiem 2l, trójnik Y z portami i kolanko z portem wykonane są z przezroczystego tworzywa - umożliwiającego łatwą obserwację przepływu powietrza, wszystkie połączenia zgodne z wymogami ISO, specjalna konstrukcja eliminuje ryzyko rozłączenia i nieszczelności w obwodzie, po stronie aparatu do znieczulenia średnica rury wynosi 22F, złącze od strony pacjenta Y 22M/15F, opakowanie folia-papier, sterylne, bez DEHP?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 15.

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ rozciągliwy w zakresie 45-180cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 16.

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ z dodatkową rurą rozciągliwą do 120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 17.

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ wykonany z PP i EVA?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 18.

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr dołączony osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 19.

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ pakowany w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 20.

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści linię o średnicy wewnętrznej 1,8mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 21.

Pakiet nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Yankauer wykonany z plastiku medycznego bez zawartości DEHP z osłonką i silikonowym oringiem, umożliwiającym dokładne samoczyszczenie cewnika w technologii PEEP co gwarantuje bezpieczne, wielorazowe jednodobowe użytkowanie cewnika, wymienna końcówka, o dł. min.14cm, uchwyt ssący z suwakową regulacją ssania umożliwiającą podłączanie dodatkowych akcesorii (np. szczoteczka do mycia zębów z otworem, gąbka czyszcząca z otworem); łącznik Y do układu ssącego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 22.

Pakiet nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego preparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 23.**Do umowy:**

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje przy zapisach Umownych.

Pytanie nr 24.**Pakiet 5**

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe o następujących rozmiarach według wagi pacjenta:

ROZMIAR	KOLOR ZABEZPIECZENIA ZASTAWKI	PRZEDZIAŁ WAGOWY PACJENTA
1,0	Różowy	≤ 5 kg
1,5	Pomarańczowy	5-10 kg
2,0	Ciemnozielony	10-20 kg
2,5	Brązowy	20-30 kg
3,0	Zielony	30-50 kg
4,0	Fioletowy	50-70 kg
5,0	Granatowy	70-100 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 25.**Pakiet 5**

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z instrukcją prawidłowego umieszczenia maski wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 26.**Pakiet 5**

Czy Zamawiający dopuści sterylne, jednorazowe maski krtaniowe, bez zawartości lateksu, dostępne w pełnym zakresie rozmiarów 1–5, przeznaczone odpowiednio dla pacjentów: rozmiar 1 – poniżej 5 kg, rozmiar 1,5 – 5–10 kg, rozmiar 2 – 10–20 kg, rozmiar 2,5 – 20–30 kg, rozmiar 3 – 30–50 kg, rozmiar 4 – 50–70 kg oraz rozmiar 5 – 70 kg i więcej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z odpowiednim zachowaniem wagi pacjentów.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część Zapytania ofertowego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. PIELĘGNIARSTWA

Jolanta Nagiewicz

(Kierownik zamawiającego)

