

Kętrzyn, dnia 30.09.2022 r.

Zamawiający:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Ul. M.C. Skłodowskiej 2
11-400 Kętrzyn

Strona postępowania/
Wykonawcy

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ

Dotyczy: „Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” Znak postępowania: 34/TP/2022

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz modyfikuje treść dokumentów.

Pytanie 1:

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 , pozycji 2 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z pasującą do niej prowadnicą 21G x 38 mm.

Odpowiedź 1.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 2:

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 , pozycji 4 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z pasującą do niej prowadnicą 22G x 38 mm.

Odpowiedź 2.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 3:

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 , pozycji 5,6 i 8 igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych z pasującymi do nich prowadnicami 21G x 38 mm.

Odpowiedź 3.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 4:

Czy w pakiecie 23 Zamawiający w poz 1 oraz 3 dopuści rękawice zgodne z normą EN 374-5 VIRUS, która jest analogiczna do ASTM F 1671?

Odpowiedź 4.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5:

Czy w pakiecie 23 poz. 3 Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni min. 0,05mm z czytelnym słownym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne ze SWZ.

Odpowiedź 5.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6:

Pakiet nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy narzędzia (osłonki) 2,4 mm, średnica igły 22G lub 23G (do wyboru), długość igły 5 mm i 6 mm – do wyboru

Odpowiedź 6.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 7:

Pakiet nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek z dwoma główkami – po jednej na każdym końcu cewnika, średnica zewnętrzna włosia 6 mm, długość całkowita 230 cm, cewnik szczotek wykonany z POM

Odpowiedź 7.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8:

Pakiet nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie o średnicy osłonki 2,6 mm.

Odpowiedź 8.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 9:

Pakiet nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli multifilamentowych, średnica narzędzia 2,4 mm, długość 240 cm.

Odpowiedź 9.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 10:

Pakiet nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli monofilamentowych o średnicy pętli 10 mm, 15 mm, 20 mm i 25 mm.

Odpowiedź 10.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 11:

Pakiet nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie kleszczy o szerokości rozwarcia łyżeczek 8,0 mm, średnica cewnika 2,4 mm.

Odpowiedź 11.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 12:

Pakiet nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem wprowadzającym o długości 150 cm, średnica gumki po uwolnieniu 1,75 mm

Odpowiedź 12.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 13:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

Tel/fax: 89 751 25 02/ 89 751 37 97

e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów 165cm H₂O odpornego na rozerwanie na mokro/sucho 168/168 kPa, niepyłącego -współczynnik pylenia ≤ 1,9 log10. W celu ułatwienia aplikacji serwety z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości min. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795-1:2019, pakowany sterylne w opakowanie Tyvec-folia, które posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę marki w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem reskowy. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w dyspenser kartonowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy ISO 13485 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź 13.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 14:

Pakiet 23, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5?

Odpowiedź 14.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15:

Pakiet nr 22:

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igły o długości 230 cm, śr. narzędzia 2,4 mm, dł. igły 4 lub 6 mm, op.=10 szt.?

Odpowiedź 15.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 16:

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy 21 G lub 23 G, dł. igły 4 mm lub 6 mm, średnica osłonki 2,4 mm, op.=10 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź 16.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 17:

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia kanałów bez potrójnego włosia, długość całkowita 250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź 17.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18:

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z ramionami o rozpiętości 11 mm i 16 mm; średnica osłonki 2,6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź 18.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 19:

Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętle wykonane z drutu pojedynczego, bez funkcji rotacji, średnica narzędzia 2,4 mm, średnica pętli 10, 15 i 30 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź 19.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 20:

Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści kleszcze o średnicy narzędzia 2,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź 20.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 21:

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa; siatka rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego); średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm?

Odpowiedź 21.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 22:

Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętkiem działającym w dwóch kierunkach i pokrętkiem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo; współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,3mm?

Odpowiedź 22.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 23:

dotyczy Pakiet 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości: palec 0,11mm-0,13mm, dłoń 0,08mm-0,11mm, mankiet 0,07mm-0,10mm o AQL ≤ 1.5 o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź 23.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 24:

dotyczy Pakiet 23 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości minimalnej: palec 0,07mm, dłoń 0,06mm, mankiet 0,04mm o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź 24.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 25:

Pakiet 8 poz.9

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm?

Pakiet 8 poz.10 Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec o wymiarach 16x250cm?

Odpowiedź 25.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 26:

Pakiet 8 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 85x85cm?

Odpowiedź 26.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 27:

Pakiet 8 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki pakowane a`2szt?

Odpowiedź 27.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 28:

Pakiet 26 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z 3 naklejkami typu TAG? Czy Zamawiający dopuści fartuch z nadrukiem rozmiaru?

Odpowiedź 28.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 29:

Pakiet 26 poz.2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z wzmocnieniem z przodu do wysokości ok.10cm od dolnej krawędzi fartucha?

Odpowiedź 29.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 30:

Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m²
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Odporność na przenikanie płynów 185cmH₂O

Odporność na wypychanie sucho/mokro: 231kPa/225kPa

Współczynnik pylenia: 2 log₁₀

Opakowanie foliowo-papierowe

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 40 cm;

Odpowiedź 30.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 31:

Pakiet 27 Czy Zamawiający dopuści test z czasem odczytu po 5, 30, 60 minutach?

Odpowiedź 31.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 32:

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 5, poz. 11 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 11 z pakietu 5 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

Tel/fax: 89 751 25 02/ 89 751 37 97

e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź 32.

Zamawiający nie wydzieli pozycji 11 z pakietu nr 5, pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 33:

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 7, poz. 34 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 34 z pakietu 7 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź 33.

Zamawiający nie wydzieli pozycji 34 z pakietu nr 7, pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 34:

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 7, poz. 34 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy o parametrach 21Gx1,8mm 200 szt/op.?

Odpowiedź 34.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 35:

Pakiet nr 9

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu, gdzie osłona o wymiarach 24 x 80 cm jest wykonana z zewnątrz z termoplastycznej folii elastomerowej oraz od wewnątrz z elastycznej bielonej dzianiny. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania taśmy samoprzylepnej o rozmiarze 9 x 50cm. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Pozostałe wymogi zgodnie z OPZ.

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety Mayo o wymiarach 80 cm x 145cm, wykonanej z folii PE niepiaskowanej, z warstwą wierzchnią z włókniyny polipropylenowej o rozmiarze wzmocnienia 75cmx90cm., złożonej w sposób zapewniający aseptyczną aplikację. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

poz. 4, 5

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów pakowanych do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Pozostałe parametry zgodne z OPZ.

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety nieprzylepnej w rozmiarze: 150x 180 cm. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ.

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania Uchwytu Velcro (typu rzep) do mocowania kabli drenów o rozmiarze 2,5 x 20/24 cm. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź 35.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 36:

Pakiet nr 19

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych wykonanego z 2-warstwowego laminatu o gramaturze min. 57,4 g/m² i łacie chłonnej min. 109 g/m². Zestaw posiadający minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź 36.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 37:

Pakiet 26, poz. 1

Prosimy o możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS, w rozmiarach oznaczonych w dwojaki sposób literowo i cyfrą oznaczającą długość fartucha w cm : M-L/120; XL/130 ; XXL/150. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź 37.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 38:

Pakiet 26, poz. 2

Prosimy o możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS, w rozmiarach oznaczonych w dwojaki sposób literowo i cyfrą oznaczającą długość fartucha w cm : S-M/120; L/130 ; XL/150. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź 38.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 39:

Pakiet 26, poz. 3

Prosimy o możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych wykonanych z materiału polipropylen SMS o gramaturze min. 35g/m². Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź 39.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 40:

Pakiet 29

Prosimy o możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z 2-warstwowego laminatu o gramaturze min. 57,4 g/m², odporności na zerwanie na sucho /mokro 175/185 kPa i zdolności absorpcji 340%, współczynnika pylenia 2,2 log10, zestaw zapakowany w opakowanie papier/folia bez portów do sterylizacji, zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów, o następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm z folii PE o gramaturze min.50g/m² z wzmocnieniem 75cmx190cm o gramaturze łącznej min. 80g/m²
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, serweta składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm
Pozostałe parametry zgodne z OPZ.

Odpowiedź 40.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie Nr 27 testy ureazowe mokre wykorzystujące płyny zawarte w bioptatach, bez dodatkowej ilości wody ?

Odpowiedź 41.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 42:

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 27 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (biopatów) na pole reakcyjne testu ? 2. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 27 – testy ureazowe - wymaga, aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

Odpowiedź 42.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 43:

Pakiet nr 22 Czy zamawiający dopuści

Poz 1

Igła do skleroterapii jednorazowego użytku, gastroskopowe dł. 230cm, średnica narzędzia 2,3mm dł. igły 5mm (opakowanie 10 sztuk)

Poz 2

Igła do skleroterapii jednorazowego użytku, gastroskopowa dł. 2300mm, średnica osłonki 2,3mm, średnica igły 2,2, dł. igły 5mm, kanał endoskopu 2,8mm (opakowanie 10 sztuk)

Poz 3

Szczotka do czyszczenia kanałów endoskopów, dwustronna, 5,0mm na 5,0mm, długość całkowita 230cm jednorazowego użytku.

Poz 4

Klipsownica jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 8mm, 11mm i 16mm (do wyboru) średnica osłonki 2,6mm, długość narzędzia 230cm. Z potwierdzeniem przez Producenta możliwości wykonania badania MRI

Odpowiedź 43.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 44:

Pakiet nr 22 Czy zamawiający dopuści

Poz 5

Pętla jednorazowego użytku do polipektomii. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 36mm. Długość robocza 230cm do kanału roboczego 2,8mm, kształt owalny, sterylne.

Poz 7

Kleszcze biopsyjne długość 2300mm, szerokość kanału 2,8 (osłonka 2,3mm) /3,2mm(osłonka 3,0mm), sterylne

Poz 8

Siatka do chwytania polipów/ ciał obcych jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o średnicy 30mm, długość narzędzia 230cm średnica cewnika 2,5mm

Poz 9

Zestaw do opaskowania żyłaków przełyku 6 gumkowy, wyposażony w port w głowicy do irygacji miejsca obliteracji, przedostania gumka w innym kolorze. Zestaw wstępnie zmontowany po wyjęciu z opakowania do założenia na endoskop (nić wstępnie zamontowana przy nasadce z gumkami do przeciągnięcia przez cewnik wprowadzający). Nić o długości 1450mm. Średnica wewnętrzna gumki po uwolnieniu 1,5mm. Pasuje do kanału o średnicy 2,8mm, kompatybilny z aparatami 9,4mm – 13,0mm

Odpowiedź 44.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 45:

Pakiet 12: Poz.2:

Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy, płaski port do pobierania próbek moczu ma posiadać okienko podglądu, co daje możliwość skontrolowania poprawności przeprowadzanie procedury?

Odpowiedź 45.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 46:

Pakiet 12: Poz.4:

Prosimy o sprecyzowanie czy worek na mocz zawieszany na dedykowanych haczykach ma być dodatkowo wyposażony w zdejmowane klamery zabezpieczające przed przypadkowym wypięciem worka, co zabezpiecza m.in. transport pacjenta?

Odpowiedź 46.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 47:

Pakiet nr 26, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów wykonanych z włókniny typu SMS? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 47.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 48:

Pakiet nr 29, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o następującym składzie i parametrach:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze na całej powierzchni serwety 84g/m² +/- 10%, obszar wzmocnienia 66 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm składana teleskopowo
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku
- 1 x serweta dolna 180x170 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny z włókniny kompresowej 40x20 +/-2cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie foliowo papierowe typu blister, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w karton dyspenser, następnie karton transportowy.

Odpowiedź 48.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 49:

Pakiet nr 29, poz. 1:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania normy środowiskowej EN PN 14001 i dopuści w to miejsce normę zarządzania jakością EN PN 9001?

Odpowiedź 49.

Zamawiający odstępuje od wymogu spełniania normy środowiskowej EN PN 14001 i dopuszcza w to miejsce normę zarządzania jakością EN PN 9001.

Pytanie 50:

Dotyczące projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź 50.

Zamawiający potwierdza, iż za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 51:

Dotyczące projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź 51.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 52:

Dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Odpowiedź 52.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53:

Dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź 53.

Zapis taki zawarty jest w § 10 Istotnych postanowień umowy.

Pytanie 54:

Dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w §7 ust. 1a do poziomu 0,5%?

Odpowiedź 54.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55:

Pytanie 1 – Pakiet nr 17 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o grubości na palcu 0,23-0,24mm, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź 55.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 56:

Pytanie 2 – Pakiet nr 17 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o grubości na dłoni 0,19mm, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź 56.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 57:

Pytanie 3 – Pakiet nr 17 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o długości min.285mm, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź 57.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 58:

Pytanie 4 – Pakiet nr 17 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o powierzchni zewnętrznej teksturowanej i chlorowanej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana o grubości na dłoni 0,19mm, długości min.290mm, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź 58.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 59:

Pytanie 5 – Pakiet nr 17 poz.4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne w komplecie po 2 pary o parametrach: rękawica chirurgiczna wewnętrzna bezpudrowa, gładka, zewnętrznie chlorowana, wewnętrznie polimeryzowana o długości min.285mm; rękawica chirurgiczna zewnętrzna bezpudrowa, mikroteksturowana, obustronnie polimeryzowana o długości min.285mm, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź 59.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 60:

Pytanie 6 – Pakiet nr 17 poz.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej syntetycznej w kolorze jasnozielonym, grubości na palcu 0,20-0,21mm, długości min.285mm w rozmiarach od 6,0 - 9,0 co pół rozmiaru, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź 60.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 61:

Pytanie 7 – Pakiet nr 23 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy foliowej w rozmiarach M i L, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź 61.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 62:

Pytanie 8 – Pakiet nr 26 poz.1 i 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu nadruku na fartuchu: rodzaju normy i poziomu wymagań?

Odpowiedź 62.

Zamawiający odstępuje od wymogu nadruku na fartuchu: rodzaju normy i poziomu wymagań w zakresie pakietu nr 26, pozycji nr 1 i 2.

Pytanie 63:

Pytanie 9 – Pakiet nr 26 poz.1 i 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów jednorazowych jałowych posiadających 2 samoprzylepne etykiety typu TAG?

Odpowiedź 63.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 64:

Pytania do wzoru umowy

1) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

- a. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a);
- b. 0,5% wartości części towaru niezgodnego z zamówieniem w lit. b);

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

Tel/fax: 89 751 25 02/ 89 751 37 97

e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

- c. 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. c);
d. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. d) oraz ust. 2 i 3.
- 2) Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 5 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z orzecnictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).
- 3) Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź 64.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 65:

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź 65.

Zamawiający wyraża zgodę, w załączeniu przedstawiając Zmodyfikowane Istotne Postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 66:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: Fartuch NIEWZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS, pełno barierowy zgodny z EN13795, gramatura min. 35 g/ m², szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, zapewniające pełną barierowość. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, u góry zapięcie na rzep. Fartuch pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40 cm, zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm. Nie posiada nadruku (norma i poziom wymagań); posiada oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe typu TAG do archiwizacji danych. Rozmiary M; L; XL; XXL; XXXL.

Odpowiedź 66.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 67:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 26 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: Fartuch WZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS ze wzmocnieniami, pełno barierowy zgodny z EN13795, gramatura min. 35 g/ m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha (do dolnej krawędzi) i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min. 40g/m², szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, zapewniające pełną barierowość. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, u góry zapięcie na rzep. Fartuch pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40 cm, zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm. Nie posiada nadruku (norma i poziom wymagań); posiada oznaczenie rozmiaru w postaci

wszywki. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe typu TAG do archiwizacji danych. Rozmiary M; L; XL; XXL; XXXL


Odpowiedź 67.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 68:

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji:
Zestaw serwet uniwersalnych – sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych.



Skład zestawu:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta przylepna 150x240cm,
- 1 serweta przylepna 170x180cm,
- 2 serwety przylepne 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 140 x190 cm ze wzmocnieniem.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów 200 cm H₂O odpornego na rozerwanie na mokro/sucho 170/180 kPa, niepyłącego - współczynnik pylenia 1,7 log10. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę dostawcy oraz dodatkowo kod kreskowy (EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo: 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź 68.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 69:

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 10 dopuści wycenę nakłuwacza o głębokości wklucia 1,2mm?

Odpowiedź 69.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 70:

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 12 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,7x40mm?

Odpowiedź 70.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 71:

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 13 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,9x75mm?

Odpowiedź 71.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 72:

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 13 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,9x88mm?

Odpowiedź 72.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ.

Pytanie 73:

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 15 dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,2x40mm?

Odpowiedź 73.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 74:

Czy Zamawiający w Pakiecie 33 poz. 1, 2 dopuści wycenę op. x 50 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 74.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 75:

Pakiet nr 9 – Zestawy, osłony:

Pozycja 15 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę zgodnej z opisem oraz **dodatkowo, oddzielnie pakowanej**, taśmy samoprzylepnej?

Odpowiedź 75.

Zamawiający informuje, iż w Pakiecie nr 9 nie ma pozycji nr 15.

Zamawiający mniema, iż chodzi o Pakiet nr 1 - Pozycja nr 1 i w tym przypadku Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 76:

Pakiet nr 26 – Fartuch chirurgiczny sterylny, komplet chirurgiczny:

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego fartucha:

Fartuch NIEWZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795, gramatura min. 35 g/ m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku, umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu.

Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada kolorową lamówkę dekoltu (wersja niewzmocniona – kolor zielony). Opakowanie folia-papier, wyposażone w 2 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Rozmiary M; L; XL; XXL.

Odpowiedź 76.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 77:

Pakiet nr 26 – Fartuch chirurgiczny sterylny, komplet chirurgiczny:

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego fartucha:

Fartuch WZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795, gramatura min. 35 g/ m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha (do dolnej krawędzi) i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min. 40g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, u góry zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku, umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu.

Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada kolorową lamówkę dekoltu (wersja wzmacniona – kolor czerwony). Opakowanie folia-papier, wyposażone w 2 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Rozmiary M; L; XL; XXL.

Odpowiedź 77.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 78:

Pakiet nr 29 – Zestaw serwet uniwersalnych:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu serwet uniwersalnych:
Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 150x190 cm z folii PE 60µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 cm składana teleskopowo
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na dłuższym boku
- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 10x50 cm
- 4 x ręcznik celulozowy 30x33cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 150 cm H₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 120 kPa, niepyłącego-współczynnik pylenia ≤ 2,2 log₁₀. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm, zabezpieczającymi część lepna serwet, pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliową – papierową. Posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w 2 kartony.

Odpowiedź 78.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. Modyfikuje Załącznik nr 4 do SWZ – Istotne Postanowienia umowy.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 06.10.2022 r o godz. 9.00;

Termin otwarcia ofert: 06.10.2022 r o godz. 9.30;

Termin związania ofertą: 04.11.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 30.09.2022 pod numerem: 2022/BZP 00372955/01.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00372955/01 z dnia 30.09.2022 r.
2. Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ – Istotne Postanowienia umowy